二噁英大气采样仪

High Volume PM_{10} and TSP Sampler

HVAS



性能指标

- 采样流量范围：100—1000 L/min
- 流量稳定性：≤ ±2.0%
- 温度测量范围： −15°C—50°C
- 计前压力：70—100 kPa
- 采样方式：手动、自动连续循环采样

主要应用

大气二噁英 TSP+PM_{10} 采样

代表性应用成果

参加了天津市 2016、2017 监督性检测，完成了近 30 个焚烧装置周边二噁英采样工作，具有按计划时间程序采样的特点；适应性强，能够满足国内采样现场不规范的采样需求

主要用户单位	辽宁省环境监测实验中心、中国科学院大连化学物理研究所
研制单位	中国科学院大连化学物理研究所
联系方式	陈吉平　0411-84379562，13604259008　chenjp@dicp.ac.cn